



ANEXO A1

Firmado digitalmente por LAZARO
VALENCIA Lucrecia FAU
20131257750 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 05.04.2024 19:07:27 -05:00

187

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la maquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
Huancavelica	31H0	3101	HOSPITAL II	1	0	DRAGER VAPOR 3000	M36500	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DRAGUER PERSEUS A 500		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huancavelica	31H0	3101	HOSPITAL II	1	0	DRAGER VAPOR 2000	M35054-9	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DRAGER PRIMUS DELTA XL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huancavelica	31H0	3101	HOSPITAL II	1	0	HEINENT + LOWENSTEIN VAPOR 2000	M35054-9			LEON PLUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huancavelica	31H0	3101	HOSPITAL II	1	0	DRAGER VAPOR 2000	M35170	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DRAGER FABIUS GS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huanuco	29H0	2901	HOSPITAL II HUANUCO	1	0	DATEX OHMEDA	1175-9302-000	Selectatec	-	DATEX OHMEDA, Modelo Avance 5	2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huanuco	29H0	2901	HOSPITAL II HUANUCO	1	0	DATEX OHMEDA	1175-9302-000	Selectatec	-	DATEX OHMEDA, Modelo Avance 5	2008	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huanuco	29H0	2901	HOSPITAL I TINGO MARIA	2	0	DRAGER	VAPOR 2000	DRAGER INTERLOCK	Termocompensado y con sistema de llenado de seguridad	DRAGER PRIMUS / INFINITY DELTA XL	26/12/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huanuco	29H0	2901	HOSPITAL I TINGO MARIA	2	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 7	SELECTATEC DE MONTAJE EN SERIE	(01) Sistema de Acoplamiento De Interbloqueo para marca y modelo	DATEX OHMEDA ADVANCE S/5	2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1003	Hospital Ferreñafe Agustín Arbulu Neyra Lambayeque	0	1	PENLON	SIGMA DELTA	Conector Cagemount	Termocompensado y con sistema de llenado de seguridad. Calibrado para un solo agente anestésico	Dameca		La fecha de Instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1003	Hospital Ferreñafe Agustín Arbulu Neyra Lambayeque	0	1	PENLON	SIGMA DELTA	SELECTALEC	Termocompensado y con sistema de llenado de seguridad. Calibrado para un solo agente anestésico	Ohmeda Modulus II		La fecha de Instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1013	Hospital Luis Heysen Inchaustegui Lambayeque	4	0	DRAGER	VAPOR 2000 SEVORANE M35054 – 11 SEVORANE M35054 – 25 SEVORANE M35054 – 25	DRAGER INTERLOCK	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	DRAGUER PRIMUS/DELTA XL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1013	Hospital Luis Heysen Inchaustegui Lambayeque	1	0	DATEX OHMEDA	TEC 7 SEVORANE M35054 – 11	SELECTALEC	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	DATEX OHMEDA S/5 ADVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1004	Hospital I Chepen Lambayeque	0	1	DATEX OHMEDA	TCC7	SELECTALEC	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	DATEX OHMEDA S/5 ADVANCE		La fecha de Instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1012	Hospital Nacional Almazor Aguinaga Asenjo	5	0	DATEX	TEC 7	DISS - CHEMETRON-OMEGA	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	DATEX OHMEDA ADVANCE	Equipo propio (01 AÑO 1999 - 04 AÑO 2004)	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Lambayeque	10H0	1012	Hospital Nacional Almazor Aguinaga Asenjo	5	0	DRAGER	VAPOR 2000	DISS - CHEMETRON-OMEGA	Termocompensado y con sistema de llenado de seguridad.	DRAGUER PRIMUS	Equipo propio (05 AÑO 2010)	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Juliaca	34H0	3401	HOSPITAL III	1	0	GE-DATEX OHMEDA	CARESTATION 650	TIPO B	VAPORIZADORES Y MONITOR	AESPIRE 7900	17/01/2008	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Juliaca	34H0	3401	HOSPITAL III	1	0	GE-DATEX OHMEDA	AESPIRE	TIPO B	VAPORIZADORES Y MONITOR	AESPIRE	13/02/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Juliaca	34H0	3401	HOSPITAL III	1	0	GE	AESPIRE VIEW	TIPO B	VAPORIZADORES Y MONITOR	AESPIRE VIEW	1/08/2016	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Juliaca	34H0	3401	HOSPITAL III	1	0	GE	AESPIRE VIEW	TIPO B	VAPORIZADORES Y MONITOR	AESPIRE VIEW	1/08/2016	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la maquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
Apurímac	25H0	2501	HOSPITAL II ABANCAY	1	0	DRAGUER VAPOR 3000	M36500	SELECTATEC	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: PERSEUS A500	8/06/2022	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
										Marca: Datex Ohmeda		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Apurímac	25H0	2501	HOSPITAL II ABANCAY	1	0	DRAGUER VAPOR 3000	M36500	SELECTATEC	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: PERSEUS A500	8/06/2022	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
										Marca: Datex Ohmeda		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Apurímac	25H0	2501	HOSPITAL II ABANCAY	1	0	SPACELABS	Blease Datum	Push on	(01) Sistema de Push on para marca y modelo	BLEASE SIRIUS SL 2600	21/01/2015	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Apurímac	25H0	2501	Hospital I " Santa Margarita"	2	0	DRAGER	Vapor 2000	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DRAGER PRIMUS		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Apurímac	25H0	2501	HOSPITAL I "Santa Margarita "	2	0	Datex-Ohmeda	TEC 850 SEV	Selectatec	Equipo que cuenta con 4 series diferentes	TEC 850 SEV		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2305	HOSPITAL "Antonio Skrabonja A"	1	0	DATEx OHMEDA	TEC7	SELECTATEC		S/AVANCE MARCA DAtEx OHMEDA		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2305	HOSPITAL "Antonio Skrabonja A"	1	0	DATEx OHMEDA	TEC7	SELECTATEC		S/AVANCE MARCA DAtEx OHMEDA		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2305	HOSPITAL "Antonio Skrabonja A"	2	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 850	SELECTATEC		CARESTATION 650		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2304	HOSPITAL I "MRN MARCONA"	2	0	DRAGER	VAPOR 2000	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	DRAGER PRIMUS		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2303	HOSPITAL"Rene Toche Groppo" Chíncha	2	0	DATEx OHMEDA	TEC7	S -200	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	ADVANCE S/S	10/01/2008 y 4/12/2010.	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2306	HOSPITAL I" Felix Torrealva Gutierrez"	2	0	MEDEC	DRAGER FULL	SELECTATEC	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	DRAGER PRIMUS		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ica	23H0	2302	HOSPITAL IV "AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA"	6	0	DRAGGER	2000	INTERLOCK	Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	PERSEUS A 500		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ayacucho	30H0	3001	Hospital II Huamanga - Red Ayacucho	2	0	Drager	VAPOR 2000	Selectatec	Ingreso estándar, control manual, material inoxidable 0.25 -8 vol%	PRIMUS DELTA XL	2010	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ayacucho	30H0	3001	Hospital II Huamanga - Red Ayacucho	1	0	Datex Ohmeda	TEC7	PLUSH	Ingreso estándar, control manual, material inoxidable 0.25 -8 vol%	AVANCE S/5	2009	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ayacucho	30H0	3001	Hospital II Huamanga - Red Ayacucho	1	0	BLEASE	DATUM HP5 2P4.	PLUSH	Ingreso estándar, control manual, material inoxidable 0.25 -8 vol%	FRONTLINE PLU 690		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ayacucho	30H0	3001	Hospital II Huamanga - Red Ayacucho	2	0	DRAGER FILL	VAPOR 3000	M36500	Ingreso estándar, control manual, material inoxidable 0.25 -8 vol%	PERSEUF A500	2016	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1803	Hospital III Yanahuara	4		DRAGUER	Vapor 2000	Selectatec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	PRIMUS		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1803	Hospital III Yanahuara	1		Datex-Ohmeda	Tec-7	Selectatec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	S/5 Avance		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1803	Hospital III Yanahuara		2	Penlon	Sigma Delta	Selectatec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	Ohmeda		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1803	Hospital III Yanahuara		1	Penlon	Sigma Delta	Selectatec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	Blease		La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1804	Hospital I Edmundo EscomeI	1		DATEx OHMEDA	Tec-7	SELECTATEC	Sistema acopl. Interlock	Datex Ohmeda	Ene-20018	La fecha de instalación del vaporizador y calibración, deberá de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
Arequipa	18H0	1804	Hospital I Edmundo Escomel		1	Penlon	Sigma Delta	SELECTATEC	Termocomp sistema seguridad	ENGSTROM mie	Jun-98	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18h0	1805	H. Samuel Pastor	1		DRAGUER	Vapor 2000	Selectatec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	PRIMUS	15/12/2011	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	PRIMUS	5/11/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1	--	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	PRIMUS	5/11/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1	--	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	PRIMUS	5/11/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1	--	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	PRIMUS	5/11/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1	--	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	PRIMUS	5/11/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1	--	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	PRIMUS	5/11/2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	FABIUS 65	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	DISTANCIA DE ANCLAJE MENOR, SISTEMA CERRADO	FABIUS 65	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DATEx OHMEDA	TCC7	SELECTATEC	SISTEMA ABIERTO	DATEx OHMEDA	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DATEx OHMEDA	TCC7	SELECTATEC	SISTEMA ABIERTO	DATEx OHMEDA	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DATEx OHMEDA	TCC7	SELECTATEC	SISTEMA ABIERTO	DATEx OHMEDA	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1809	HNCASE	1		DATEx OHMEDA	TCC7	SELECTATEC	SISTEMA ABIERTO	DATEx OHMEDA	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Arequipa	18H0	1802	HOSPITAL II MANUEL DE TORRES MUÑOZ MOLLENDO	2		DATEx OHMEDA	Tec-7	Tec-7	Sistema acopl. Interlock	Datex Ohmeda	2006	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	Hospital II Chocope - Red La Libertad	2	0	Datex	Tec 7	Selectalec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Avance S/5 Marca: Datex Ohmeda	Ene-09	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	Hospital II Chocope - Red La Libertad	4	0	Draguer	Primus	Selectalec Vapor 2000	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Primus	2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	Hospital II Chocope - Red La Libertad	2	0	Datex Ohmeda	Tec 850	Selectalec Tec 850	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: carestation 650 Marca: Datex Ohmeda	Jun-20	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA - Red La Libertad	0	1	Datex	Tec 7	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Avance S/5 Marca: Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA - Red La Libertad	0	1	Datex	AS/3	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Avance S/3 Marca: Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	HOSPITAL I LA ESPERANZA - Red La Libertad	1	0	DRAGUER	VAPOR 2000	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	MODELO: PRIMUS MARCA: DRAGUER		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	Hospital Especializado Víctor Lazarte E. - Red La Libertad	6	0	Dräger	VAPOR 2000	Selectalec	Sistema de acomplamiento interlock para marca y modelo	Primus (4) Gneral Electric (2)		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	Hospital Especializado Víctor Lazarte E. - Red La Libertad	1	0	Datex Ohmeda	Tec 7	Selectalec	Sistema de acomplamiento interlock para marca y modelo	Advance S/5		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	HI ALBRECHT	2	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 850			General Electryc	Jun-20	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
INCOR	92H0	9201	INCOR	0	2	PENLON	SIGMA DELTA	CAUGEMON	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y modelo	EXTRACORPOREA MAQUET HL-30	2021	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
INCOR	92H0	9201	INCOR	0	2	PENLON	SIGMA DELTA	CAUGEMON	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y modelo	EXTRACORPOREA STOCKERT S-5	2021	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Madre de Dios	26H0	2601	Hospital I Victor Alfredo Lazo Peralta	2	0	GE	TEC 850	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	CARE STATION 650 A1	28/04/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Madre de Dios	26H0	2601	Hospital I Victor Alfredo Lazo Peralta	1	0	DATEX	Tec 7	SELECTATEC	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Avance S/5 Marca: Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Piura	09H0	902	JOSÉ CAYETANO HEREDIA	3	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO PARA MARCA Y MODELO	PRIMUS	10/01/2007 - 24/02/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Piura	09H0	902	JOSÉ CAYETANO HEREDIA	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	PERSEUS 500	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO PARA MARCA Y MODELO	PERSEUS 500	31/05/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Piura	09H0	906	HOSPITAL JORGE REÁTEGUI DELGADO	3	0	DRAGER (3)	TEC 7	SELECA TEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	CARESTATION	Ene-19	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
							VAPOR 2000			FABIUS G5	Jun-04	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Piura	09H0	910	INSTITUTO PERUANO DE OFTALMOLOGÍA	2	0	DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	AESPIRE 7900	11/05/2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
						DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	DRAGER	17-Dic-13	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
CAJAMARCA	12H0	1202	HOSPITAL II CAJAMARCA	1	0	DATEX OHMEDA	Tec 7	SELECTA	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	S/5 AVANCE	22.06.2008	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
CAJAMARCA	12H0	1202	HOSPITAL II CAJAMARCA	1	0	DRAGUER	VAPOR 2000	SELECTA	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	Primus	18.10.2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
CAJAMARCA	12H0	1202	HOSPITAL II CAJAMARCA	2 NUEVAS	0	DRAGUER	VAPOR 3000	Auto exclusión	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	PERSEUS A 500	26.05.22	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hosp. Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - STO. PISO - HNGAI	1		Perlon	Sigma Delta	Seletatec		S/5 AVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hosp. Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - STO. PISO - HNGAI	4		Datex Ohmeda	Tec 7	Seletatec		S/5 AVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hosp. Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - STO. PISO - HNGAI	6		Drager	Vapor 2000	Seletatec		DRAGER		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hosp. Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - STO. PISO - HNGAI	5		Datex Ohmeda	Aladin 2	Electronico		AISYS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - SACCE	2		Datex Engstrom	A-SEVO-00-02			AS/3		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - SACCE		1	Perlon	SIGMA			UNITROL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - SACCE	4		Drager	VAPOR 2000			PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - SACCE	2		Siare	VAPOMATIC			MORPHEUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - SACCE	8		Datex Ohmeda	TEC 7			AVANCE S/5		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - NUEVA TORRE DE EMERGENCIA	2		Datex Ohmeda	SELECTATEC			AVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
La Libertad	15H0	1501	Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta-Red La Libertad	3	0	Datex Ohmeda	Tec 7	Selectalec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	General Electryc Advance 8650		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
La Libertad	15H0	1501	Hospital Bicentenario Chao	4	0	Dräger	VAPOR 3000	Selectalec	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	Draguer persus A500	19/01/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Moquegua	20H0	2001	Hospital II Moquegua	4	0	DRAGGER	VAPOR 2000	STANDART		PRIMUS INFINITY DELTA	2014	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Moquegua	20H0	2001	Hospital II Moquegua	2	0	DATEX OHMEDA	TEC 7	STANDART		AVANCE S/S	2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Moquegua	20H0	2001	Hospital II Moquegua	2	0	General Electric: GE	TEC 850	STANDART		CARESTATION 650	2019	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Moquegua	20H0	2001	Hospital II Ilo	2	0	DRAGUER	DRAGER FILL	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento interlock	PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Moquegua	20H0	2001	Hospital II Ilo	2		DRAGUER	DRAGER FILL	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento interlock	PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Moquegua	20H0	2001	Hospital II Ilo	1		PENTON	PENTON			DATEX OHMEDA		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0603	Hospital III Emergencias Grau	4	0	DRAGUER	DRAGUER FILL	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0603	Hospital III Emergencias Grau	2	0	DRAGUER	DRAGUER FILL	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	FABIUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0603	Hospital III Emergencias Grau	6	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	DATEX OHMEDA Advance s5		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	604	Hospital II Vitarte	1	0	DRAGER	VAPOR2000	SELECTATED	NINGUNA	PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	604	Hospital II Vitarte	1	0	DRAGER	VAPOR2000	SELECTATED	NINGUNA	PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	604	Hospital II Vitarte	1	0	DATEX OHMEDA	TEC7	SELECTATED	NINGUNA	AVANCE S/S		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	605	Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral	2	0	Drager	2000	Barra Selectatec	Para uso de agente Sevoflurano	PRIMUS	31/01/2018	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0606	Hospital I Jorge Voto Berneles	3	0	Datex Ohmeda Modelo: AS/5	Avance S/5 Tec 7	Selectatec	Vaporizador de sevoflurano calibrado a 8%	Datex Ohmeda Avance S/5		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0609	HOSP. II RAMON CASTILLA	1	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	PRIMUS DELTA XL	41548	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0609	HOSP. II RAMON CASTILLA	1	0	GE	SEV	TEC 850	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	CARESTATION 650	43952	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Almenara	0699	0609	HOSP. II RAMON CASTILLA	1	0	GE	SEV	TEC 850	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	CARESTATION 650	43952	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
JAEN	40H0		Hospital Jaen	1	1	DATEX	TEC 7	SELECTALEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	DATEX OHMEDA ADVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Tumbes	08H0	0801	Hospital I carlos Cortez Jimenez	1	0	MEDEC	DRAGER FILL	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DRAGER PRIMUS	31/08/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Tumbes	08H0	0801	Hospital I carlos Cortez Jimenez	1	0	DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DATEX OHMEDA SS AVANCE	15/09/2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
INCOR	92H0	9201	INCOR	6	0	DATEX OHMEDA	TEC 7	Selectatec	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y modelo	DATEX OHMEDA ADVANCE	2010 Libre de mantenimiento	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
INCOR	92H0	9201	INCOR	0	1	PENLON	SIGMA DELTA	Selectatec	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y modelo	DATEX OHMEDA ADVANCE	No se encuentra en INCOR	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debера de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
Hospital Almenara	06H0	601	CENTRO QUIRURGICO - NUEVA TORRE DE EMERGENCIA	1	1	Datex Ohmeda	ELECTRONICO			AISYS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
PASCO	28H0	2802	HOSPITAL II PASCO	1	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	SISTEMA ACOPLAMIENTO INTERLOCK	AESPIRE 7900		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
PASCO	28H0	2802	HOSPITAL II PASCO	1	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	SISTEMA ACOPLAMIENTO INTERLOCK	FABIUS G5		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
PASCO	28H0	2802	HOSPITAL II PASCO	1	0	DRAGER	VAPOR 3000	SELECTATEC	SISTEMA ACOPLAMIENTO INTERLOCK	PRESEUS A500		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Tacna	21H0	2101	Hosp. Daniel Alcides Carrión	3	2	Datex Ohmeda	AVANCE S/5 TEC 7	Seletatec	Sistema de acoplamiento Interlock	GE DATEX OHMEDA		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Tacna	21H0	2101	Hosp. Daniel Alcides Carrión	2	1	Drager	Primus	Auto exclusión	Sistema de conexión DW-2000	PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	05H0	502	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren	2	0	Drager	Atlan a 350 XL VAPOR 2000		VAPOR 2000	Atlan a 350 XL /Drager		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	05H0	502	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren	1	0	DATEX OHMEDA	AVANCE VAPOR 2000		VAPOR 2000	DATEX OHMEDA/AVANCE CONFIG		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	05H0	502	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren	1	0	Drager	Narkomed 2B		PENLON LIMITED	Narkomed 2B/ Drager		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	05H0	502	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren	2	0	Drager	Narkomed 2B		VAPOR 19.1	Narkomed 2B/ Drager		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	05H0	502	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren	4	0	Drager	Perseus A500 VAPOR 3000		VAPOR 3000	Perseus A 500/Draguer		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	05H0	502	Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren	14	0	Drager	Primus VAPOR 2000		VAPOR 2000	Primus/Drager		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		GE-DATEX OHMEDA	TEC 7	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	GE - Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		GE-DATEX OHMEDA	TEC 7	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	GE - Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		GE-DATEX OHMEDA	TEC 7	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	GE - Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		GE-DATEX OHMEDA	TEC 7	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	GE - Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		DRAGER	VAPOR 2000	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	PRIMUS/INFINITY DELTA XL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		DRAGER	VAPOR 2000	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	PRIMUS/INFINITY DELTA XL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		DRAGER	VAPOR 2000	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	PRIMUS/INFINITY DELTA XL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ancash	16H0	1601	H III - Chimbote - Red Ancash	2		DRAGER	VAPOR 2000	Selectatec	Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	PRIMUS/INFINITY DELTA XL		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
LORETO	32H0	3201	Hospital I Yurimaguas	1	0	DRAGER	VAPOR 3000	Sistema de anclaje Autoexclusion, Sistema de llenado Quik Fil,	valores ajustables normales de 0.15 a 10 L/min > 5 vol%, Precision de concentracion suministrada en la salida del Vaporizador a 22°C y (14.69 psi) y 2.5 l/min de aire continuo. Capacidad de llenado de agente anestésico : aprox 360 mL hasta la marca de maximo con mecha seca.	PERSEUS A500		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
LORETO	32H0	3201	HOSPITAL III IQUITOS	2	0	GENERAL ELECTRIC	VAPORIZADOR DE CONTROL ELECTRONICO Y CARTUCHO ALADIN2	Sistema de anclaje Tipo Cartucho y Sistema de llenado Easy Fil y Quik Fil,	Rango de configuración de agente (Sevoflurano) Off, 0.2 a 8% en flujo de gas fresco, resolución de 0.1%, Tiempo de Respuesta < a 7 seg. Con flujo de Gas Fresco de 2 l/min.Velocidad de llenado superior a 2 ml/s con sistema de prevención de sobrellenado, con volumen de carga de 220 ml	GENERAL ELECTRIC AISYS CS2		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
LORETO	32H0	3201	HOSPITAL III IQUITOS	1	0	DRAGER	VAPOR 200 -DRAGER FILL	Sistema de anclaje Interlock 2	valores ajustables normales de 0.2 a 8% en volumen, flujo mínimo de transporte de 0.25 lt /minutos - 10% del valor fijado, consistema de llenado para cada agente anestésico. Con volumen de carga de anestésico hasta a 250 ml.	PRIMUS/KAPPA		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Junin	27H0	2702	Hospital Nacional Ramiro Priale Priale	3	0	Datex-Ohmeda	TEC-7	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	AVANCE S/5		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Junin	27H0	2702	Hospital Nacional Ramiro Priale Priale	4	0	Drager	VAPOR 2000	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	PERSEUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Junin	27H0	2702	Hospital Nacional Ramiro Priale Priale	0	2	Penlon	SIGMA	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	HB 3000		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Junin	27H0	2704	Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales	2	0	BLEASE	DATUM	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo	BLEASE SIRIUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Junin	27H0	2703	Hospital La Oroya Alberto Hurtado Abadia	6	0	General Electric	TEC 850	A PRESION CON PINES	Sistema de Acoplamiento Interlock para marca y modelo (3 TEC 850 SEV y 3 tec 850 ISO)	Carestation 650 A1	10/06/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ucayali	33H0	3301	HOSPITAL II PUCALLPA - Red Ucayali	1	0	Datex Ohmeda	Tec 7	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Aespire 7900 Marca: Datex Ohmeda	2008	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ucayali	33H0	3301	HOSPITAL II PUCALLPA - Red Ucayali	1	0	Datex Ohmeda	Tec 7	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Aespire 7900 Marca: Datex Ohmeda	2008	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ucayali	33H0	3301	HOSPITAL II PUCALLPA - Red Ucayali	1	0	Drager	Vapor 2000	Selectatec	TERMOCOMPENSADO Y CON SISTEMA DE LLENADO DE SEGURIDAD.	Modelo: Primus Marca: Drager	2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ucayali	33H0	3301	HOSPITAL II PUCALLPA - Red Ucayali	1	0	General Electric	1177-9850-SEV	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: General electic Marca: Carestation B650 A1	2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ucayali	33H0	3301	HOSPITAL II PUCALLPA - Red Ucayali	1	0	General Electric	1177-9850-SEV	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: General electic Marca: Carestation B650 A1	2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Ucayali	33H0	3301	HOSPITAL II PUCALLPA - Red Ucayali	1	0	General Electric	1177-9850-SEV	Selectatec	(01) Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: General electic Marca: Carestation B650 A1	2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	0599	521	HOSP. II LUIS NEGREIROS (LIMA NORTE)	12	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 850	CON CHUPON	-	CARESTATION 650	2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	0599	504	HOSP. I MARINO MOLINA (COMAS)	2	2	Drager	VAPOR 2000	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	Primus	2013	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	0599	509	HOSPITAL OCTAVIO MONGRUT	2	0	CARESTATION 650	TEC 850	SELECA TEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK	CARESTATION 650	May-21	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
												La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
											Jun-04	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Sabogal	0599	503	Hospital II Gustavo Lanatta Lujan Huacho	1	-	GE-DATEX OHMEDA	Tec 7	SELECTATEC, Sistema de anclaje Interlock y Sistema de llenado Quik Fil,	Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Avance S/5	Ene-09	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
				1	-	GE-DATEX OHMEDA	Tec 7	SELECTATEC, Sistema de anclaje Interlock y Sistema de llenado Quik Fil,	Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Avance S/5	Ene-09	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
				1	-	Draguer	Vapor 2000	SELECTATEC, Sistema de anclaje Interlock y Sistema de llenado Quik Fil,	Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Primus/Delta XL	May-13	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
				1	-	General Electric	TEC 850	SELECTATEC, Sistema de anclaje Interlock y Sistema de llenado Quik Fill,	Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Carestation 650	May-20	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
				1	-	Draguer	Vapor 3000	SELECTATEC, Sistema de anclaje Interlock y Sistema de llenado Quik Fill,	Sistema de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Perseus A500	Jun-22	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
cusco	24H0	2403	Hospital I Espinar	1	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 7	SELECTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOK PARA MARCA Y MODELO	Modelo; carestation 650 A1	13/07/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2403	Hospital I Espinar	1	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 7	SELECTATEC	SISTEMA DE ANCLAJE INTERLOCK Y SISTEMA DE LLENADO QUIK FILL	Modelo: carestation 650 A1	13/07/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2404	Hospital I Quillabamba	1	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 850	SELACTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK PARA MARCA Y MODELO	CARESTATION 650 G.E	16/07/2021	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2404	Hospital I Quillabamba	1	0	DATEX OHMEDA	TEC 7	SELACTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK PARA MARCA Y MODELO	S/5 AVANCE	20/08/2008	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2404	Hospital I Quillabamba	1	0	DRAGER	VAPOR 3000	SELACTATEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK PARA MARCA Y MODELO	PERSEUS A 500	14/07/2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2406	Hospital Sicuani	1	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 7	TEC	SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK PARA MARCA Y MODELO	Modelo: Avance S/5	14/07/2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2406	Hospital Sicuani	1	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 850 SEV	SELECTATEC	SISTEMA DE ANCLAJE INTERLOCK Y SISTEMA DE LLENADO QUIK FILL	Modelo: carestation 650 A1	23/07/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2406	Hospital Sicuani	1	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 850 SEV	SELECTATEC	SISTEMA DE ANCLAJE INTERLOCK Y SISTEMA DE LLENADO QUIK FILL	Modelo: carestation 650 A1	23/07/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock rango de flujo clinico de 200 ml/min a 15 L/min	AESPIRE	30/01/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock rango de flujo clinico de 200 ml/min a 15 L/min	AESPIRE	30/01/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock rango de flujo clinico de 200 ml/min a 15 L/min	AESPIRE	30/01/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock rango de flujo clinico de 200 ml/min a 15 L/min	AESPIRE	30/01/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	1	0	GE - DATEX OHMEDA	TEC 850	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock rango de flujo clinico de 200 ml/min a 15 L/min	AESPIRE	30/01/2009	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock	PRIMUS / KAPPA	22/05/2007	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	GENERAL ELECTRIC	TEC 850	SELECTATEC	Sistema de Acoplamiento Intertock rango de flujo clinico de 200ml/min a 15 L/min	CARESTATION 650 A 1	29/07/2020	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Cusco	24H0	2402	HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO	2	0	DRAGER	VAPOR 3000	adaptador enchufable auto exclusion de drager	adaptador enchufable auto exclusion de drager	PERSEUS A50	15/06/2022	La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Tarapoto	35H0	3501	Hospital II Tarapoto	3	0	DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y modelo	DATEX-OHMEDA AVENCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0703	HOSP. III SUAREZ-ANGAMOS	2	0	DRAGER / PRIMUS	VAPOR 2000		VAPOR 2000	ASEJ-1324		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0703	HOSP. III SUAREZ-ANGAMOS	2	0	DRAGER / FABIUS GS	VAPOR 2000		VAPOR 2000	ARUH-0216		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0703	HOSP. III SUAREZ-ANGAMOS	2	0	GE DATEX OHMEDA / AVANCE S/5	TEC 7		BEGM03807	TEC 7		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0703	HOSP. III SUAREZ-ANGAMOS	2	0	GE DATEX OHMEDA / AVANCE S/5	TEC 7		BEGM03798	TEC 7		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0703	HOSP. III SUAREZ-ANGAMOS	2	0	GE DATEX OHMEDA / AVANCE S/5	TEC 7		BEGL03167	TEC 7		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0704	HOSP. II CAÑETE	2	0	GE DATEX OHMEDA / AVANCE S/5	TEC 7		BEGL03173	TEC 7		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0704	HOSP. II CAÑETE	3	0	SATURN EVO / MEDEC	DRAGER FILL / S-2000		DRAGER FILL / S-2000	06050201EN0001		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0705	HOSP. I ULDARICO ROCA	1	0	DRAGER / PRIMUS	Vapor 2000	SELECTATEC	Vapor 2000 SEVOFLURANE	ASEJ-1451		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0705	HOSP. I ULDARICO ROCA	1	0	HEINEN LOWESTEIN / LEON PLUS	Vapor 2000	SELECTATEC	Vapor 2000 SEVOFLURANE	04050203DE0000		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0705	HOSP. I ULDARICO ROCA	1	0	MINDRAY / WATO EX65	V60	SELECTATEC	V60 SEVOFLURANE	DKJ2A004729		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0706	HOSP. I CARLOS ALCANTARA B.	2	0	DRAGER / PRIMUS	VAPOR 2000		VAPOR 2000	ASEJ-1349		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0706	HOSP. I CARLOS ALCANTARA B.	2	0	GE DATEX OHMEDA / AVANCE S/5	TEC 7		BEGM03802	TEC 7		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	0799	0706	HOSP. I CARLOS ALCANTARA B.	2	0	HEINEN LOWESTEIN / LEON PLUS	Vapor 2000		Vapor 2000	ARZM-0919		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	07H0	0701	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-HNERM	13		DATEX-OHMEDA	TEC-7	SELECTALEC	(1) SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTERLOCK PARA MARCA Y MODELO	DATEX OHMEDA ADVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	07H0	0701	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-HNERM	10		DRAGUER	VAPOR-2000	SELECTALEC	TERMOCOMPENSADO Y CON SISTEMA DE LLENADO DE SEGURIDAD.	PRIMUS INFINITY		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	07H0	0701	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-HNERM		1	DRAGUER	VAPOR-2000	SELECTALEC	TERMOCOMPENSADO Y CON SISTEMA DE LLENADO DE SEGURIDAD.	PRIMUS INFINITY		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	07H0	0701	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-HNERM	10		PENLON	SIGMA DELTA	SELECTALEC	TERMOCOMPENSADO Y CON SISTEMA DE LLENADO DE SEGURIDAD.	DATEX OHMEDA ADVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	07H0	0701	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-HNERM		2	PENLON	SIGMA DELTA	SELECTALEC	TERMOCOMPENSADO Y CON SISTEMA DE LLENADO DE SEGURIDAD.	DATEX OHMEDA ADVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
RP Rebagliati	07H0	0701	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-HNERM	1		MINDRAY	V-60	SELECTALEC	TERMOCOMPENSADO Y CON SISTEMA DE LLENADO DE SEGURIDAD.	MINDRAY-A7		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Amazonas	13H0	1304	Hospital I Higos Urco	2	0	GE DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	S/5 AVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega

ANEXO A1

CUADRO QUE DETALLA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VAPORIZADORES O DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA Y EL TIPO DE CONEXIÓN AL EQUIPO.												
RED	COD.RED	ALM	Nombre del Establecimiento	Nº de Vaporizadores Propios de la Institución	Nº de vaporizadores en cesión de uso en la U.E.	Marca	Modelo	Tipo de Conexión o Montaje	Características técnicas relevantes	Modelo de la máquina anestesiología	Fecha de instalación que el proveedor deberá considerar (fecha de recepción de la máquina de anestesia)	Fecha de instalación del vaporizador y Fecha de Calibración solicitada por la entidad
Amazonas	13H0	1304	Hospital I Higos Urco	2	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	JULIAN		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Amazonas	13H0	1302	Hospital I El Buen Samaritano	2	0	DRÄGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	FABIUS GS / DELTA		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Amazonas	13H0	1303	Hospital I Héroes del Cenepa	2	0	GE DATEX OHMEDA	TEC 7	SELECTATEC	Rango de Concentración regulable de agente anestésico.Flujo mínimo de transporte de agente anestésico de 0.3Lt x minuto.Calibrado para un solo agente anestésico y termocompensado	S/5 AVANCE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huaraz	17H0	1701	HOSPITAL II - HUARAZ	2	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC	Sistema de acoplamiento Interlock para marca y model	DRAGER PRIMUS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Huaraz	17H0	1701	HOSPITAL II - HUARAZ	2	0	Datex	Tec 7	Selectatec	(02) Sistemas de Acoplamiento Intertock para marca y modelo	Modelo: Avance S/5 Marca: Datex Ohmeda		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Puno	22H0	2201	HOSPITAL III Puno	2	0	DRAGER	VAPOR 2000	SELECTATEC		PERSEUS A500		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Puno	22H0	2201	HOSPITAL III Puno	1	0	DATEX	VAPOR 3000	SELECTATEC		FABIUS GS		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega
Puno	22H0	2201	HOSPITAL III Puno	1	0	OHMEDA	TEC7	SELECTATEC		AESPIRE		La fecha de instalacion del vaporizador y calibracion , debera de ser coordinada con el usuario, antes del intermamiento de la primera entrega